

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021

ANEXO XIII

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO COMODATO DE
INCUBADORA E SELADORA COM O FORNECIMENTO DE INSUMOS**

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada no **COMODATO DE INCUBADORA E SELADORA COM O FORNECIMENTO DE INSUMOS**, para atender as necessidades do Pronto Socorro Municipal Santana e UPA Jaçanã, conforme as especificações e condições contidas no presente Anexo.

1.2. A incubadora e os insumos deverão ser entregues nos endereços abaixo:

UNIDADE	ENDEREÇO DA UNIDADE
PS MUNICIPAL SANTANA - LAURO RIBAS BRAGA	RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 943
UPA JAÇANÃ	RUA ESTER ELISA, 229

2. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO EM COMODATO

2.1. A **CONTRATADA** entregará para a SBCE os itens em comodato descritos na tabela abaixo e nos quantitativos necessários para atender as necessidades do Pronto Socorro Municipal Santana e UPA Jaçanã:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS EM COMODATO	QTDE
1	INCUBADORA DE LEITURA RÁPIDA – MODELO: MINIBIO	1
2	SELADORAS DE PEDAL	3

2.2. A **CONTRATADA** será responsável pela manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos fornecidos.

3. DA ESPECIFICAÇÃO DO FORNECIMENTO DE INSUMOS

3.1. O fornecimento de insumos será disponibilizado pela **Contratada** da seguinte forma:

DESCRIÇÃO PRODUTO	UND	CONSUMO MÉDIO (PS SANTANA)	CONSUMO MÉDIO (UPA JAÇANÃ)
EMBALAGEM BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 30 CM X 100 CM	BN	200	200
BOBINA DA INCUBADORA	RL	1	0
EMBALAGEM ENVELOPE PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 25 CM X 41 CM	ENV	0	200
EMBALAGEM ENVELOPE PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 9CM X 26 CM	ENV	400	200
INDICADOR BIOLOGICO DE LEITURA RAPIDA P/VAPOR CX 50 PC	PÇ	90	10
INTEGRADOR P/AUTOCLAVE 7 MIN CX 200 UND	UND	1400	1200
TESTE BOWIE & DICK PACOTE CHEMDYE ou similar - BD125X15/2	UND	45	40
EMBALAGEM ENVELOPE GRAU 30X40	ENV	400	0

3.2. Os itens de Insumo Hospitalar que trata o item 3.1 assim como seu quantitativo são ambos estimados, podendo ser alteradas as quantidades ou incluídos novos itens conforme necessidade da SBCE, não gerando qualquer direito à empresa registrada ou obrigação à SBCE.

3.3. Todos os itens apresentados na proposta devem ser de marcas consideradas de primeira linha.

3.4. A **CONTRATADA** será responsável, na forma do Contrato ou instrumento equivalente, pela qualidade dos materiais empregados, em conformidade com as

especificações do Termo de Referência, com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e demais normas técnicas pertinentes a serem atestadas pelo **CONTRATANTE**. A ocorrência de desconformidade implicará na substituição dos materiais recusados, por não atender às especificações contidas no Termo de Referência que integra este Instrumento Convocatório sem que isso acarrete qualquer ônus ao **CONTRATANTE** e sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

3.5. O ato do recebimento do objeto do **INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO** não implica a sua aceitação definitiva e não excluirá o fornecedor quanto à sua responsabilidade no que concerne à qualidade do material fornecido.

3.6. O material será recebido em tantas parcelas quantas forem necessárias, na seguinte forma:

- a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com a especificação; e
- b) Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade requisitada, no prazo máximo de 2 (dois) dias de observação e vistoria, que comprove o exato cumprimento das obrigações contratuais.

3.7 O prazo mínimo para recebimento será de 2/3 (dois terços) da validade do produto. Ultrapassados os 2/3 (dois terços) do prazo de validade, o material não será aceito/recebido e o fornecedor terá 24 (vinte e quatro) horas para substituí-lo, sob pena de ser solicitado ao segundo colocado.

3.8 Tanto os equipamentos quanto os insumos passarão por testes específicos para comprovar a compatibilidade, qualidade e eficácia dos produtos ofertados, inclusive TESTE BOWIE & DICK PACOTE CHEMDYE ou similar - BD125X15/2, produto este relacionados às autoclaves presentes nas unidades e deverão ser aprovados pela equipe técnica especializada da **CONTRATANTE**.